



SMOOTHSKIN
bare+

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

10 minutes and *voilà!*

A SMOOTHSKIN BARE+ + ÜDVÖZLI ÖNT

Gratulálunk! Megnyitotta a páratlan szépség, a simaság és a kényelem világát. A gyantázás napjai hivatalosan is Ön mögött vannak! Az új SMOOTHSKIN BARE + intenzív pulzáló fényű (IPL) szőreltávolító rendszerrel selymes, sima bőrre számíthat, amely olyan sokáig tart, hogy végleg elfelejtheti a borostás lábakat és a szűrős hónaljat. Intsen búcsút a viaszcsíkoknak - már itt van a SMOOTHSKIN!

Jöjjön és csatlakozzon a www.smoothskin.com szépségápolási szoba támogatási programjával kapcsolatos beszélgetéshez, ahol tippeket beszélhet meg és szakértői tanácsokat kaphat a kezelés minden fázisához.

TARTALOM

1.1 FIGYELMEZTETÉSEK	3
1.2 ÓVINTÉZKEDÉSEK	6
1.3 SZEMVÉDELEM	7
2.0 BEVEZETÉS	9
2.1 SMOOTHSKIN KÉSZÜLÉKE	9
3.0 HOGYAN MŰKÖDIK?	9
3.1 HOGYAN MŰKÖDIK AZ IPL?	9
3.2 MIRE SZÁMÍTHAT?	9
4.0 HASZNÁLAT	10
4.1 ELSŐ LÉPÉSEK	10
4.2 JELLEMZŐK	11
4.3 KEZELÉS	11
4.4 KEZELÉSI MÓDSZER - STAMP (KONCENTRÁLT) VAGY GLIDE (CSÚSZTATOTT) SZŐRTELENÍTÉS	12
4.5 KIKAPCSOLÁS	12
5.0 UTÓKEZELÉS	12
5.1 LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK	12
5.2 MELLÉKHATÁSOK TÁBLÁZATA	13
5.3 TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS	14
5.4 HIBAEELHÁRÍTÁS	14
6.0 INFORMÁCIÓK	15
6.1 MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK	15
6.2 ÁRTALMATLANÍTÁS (élettartam vége)	15
6.3 JÓTÁLLÁS	15

1.1 FIGYELMEZTETÉSEK

NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE +-t, ha nagyon sötét a bőre (lásd a bőrszín táblázatot). A nagyon sötét bőr túl sok fényenergiát vehet fel, így megsérülhet (pl. megéghet, elszíneződhet vagy heges lehet) a bőre.



NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE +-t, ha a bőrét nemrégiben mesterségesen vagy természetesen leburnította. Bőre különösen érzékeny lehet napsugárzást követően és az IPL-kezelés mellékhatásaira (pl. megéghet, hólyagosodhat, elszíneződhet vagy hegesedhet a bőre). A SMOOTHSKIN BARE + kezelés után kerülje el a közvetlen napfénynek védelem nélkül történő kitettséget is. A bőre különösen érzékeny lehet az IPL-kezelés után, és a nap könnyen megégetheti. Használjon napvédő krémet (15 vagy annál magasabb faktorút) vagy fedje el a bőrét.

NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE +-t közvetlenül a mellbimbón, a nemi szerveken vagy a végbélnyílás környékén. Ezeknek a területeken a bőrszíne sötétebb és/vagy nagyobb a szőr sűrűsége. A készülék ezeken a területeken történő

használata kellemetlenséget/fájdalmat okozhat, vagy károsíthatja (égés, elszíneződés vagy hegesedés) a bőrt.

NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE +-et, ha korábban bőrrákja volt vagy rák előtti elváltozásai (pl. sok anyajegy) vannak.

NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE + készüléket, ha az alábbiak valamelyikével rendelkezik, mivel a SMOOTHSKIN BARE + károsíthatja a bőrt, vagy súlyosbíthatja a meglévő állapotokat. Mellékhatásokat, például égési sérüléseket, hólyagokat és a bőr színének elváltozását (hiper- vagy hipopigmentáció) vagy hegesedést észlelhet::

- Sötétbarna vagy fekete foltok, például anyajelek, májfoltok vagy szemölcsök a kezelni kívánt területen.
- Krónikus bőrbetegség (pl. psoriasis vagy vitiligo) vagy sérült bőr (pl. napégés, vágások, nyílt sebek vagy aktív fertőzések) a kezelni kívánt területeken.
- Visszér a kezelni kívánt területen.
- Visszér a kezelni kívánt területen. Ha napfényvel szembeni érzékenysége (fényérzékenysége) van vagy olyan gyógyszert szed, amely a bőrt érzékenyebbé teszi és fényérzékenységet okoz, pl. Retin A, Accutane és/vagy egyéb helyi retinoidok.

Ha gyógyszert szed, mindig ellenőrizze a használati utasítást, hogy a fényérzékenység szerepel-e a mellékhatások listáján. Ha továbbra sem biztos a SMOOTHSKIN BARE + használatában, kérje ki az orvosa tanácsát.

NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE +-t, ha bőrhámlasztó kezelést végzett a kezelni kívánt területen.

NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE + -t, ha terhes vagy szoptat, mivel a készüléket nem vizsgálták be ilyen körülmények mellett.

A SMOOTHSKIN BARE + nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek által, kivéve felügyelet mellett, vagy ha a csökkent képességű felhasználó biztonságáért felelős személyek utasításokkal látják el a felhasználót a készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében.

A SMOOTHSKIN BARE + készüléket 16 éven aluli gyermekektől elzárva kell tartani. Gyermekek nem használhatják a készüléket, és nem játszhatnak vele vagy tarthatják karban.

A SMOOTHSKIN BARE + üvegszűrője létfontosságú alkatrész, amely használat közben felforrósodik. **NE ÉRINTSE MEG** a szűrőt

használat közben vagy közvetlenül utána. Rendszeresen ellenőrizze a szűrőt, hogy nincs-e rajta sérülés. **NE** használja a SMOOTHSKIN BARE + készüléket, ha a szűrő megrepedt vagy hiányzik. Győződjön meg arról, hogy a SMOOTHSKIN BARE + kezelőablaka tiszta és szennyeződésmentes. A kezelőablak vagy annak környékén lévő bármilyen hulladék ideiglenes bőrelváltozásokat, például bőrpírt vagy duzzanatot okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: A bőr károsodhat az egyetlen felhasználási területen történő hosszan tartó vagy ismételt felületkezelés után. Ne haladja meg a kezelési utasításokban meghatározott felhasználási javaslatot.

1.2 ÓVINTÉZKEDÉSEK

A SMOOTHSKIN BARE + nem ajánlott vörös, szürke vagy nagyon világos szőrön történő alkalmazásra, mivel ezekre a szőrszínekre nem hatásos.

Elektromos és tűzbiztonság

Mint minden elektromos készülék esetében, bizonyos óvintézkedéseket kell tenni a biztonság szavatolása érdekében.

Veszély

NE HASZNÁLJA A SMOOTHSKIN BARE +

készüléket, ha az sérült; Például: törött a kézi egység, kábelkárosodás (láthatók a belső vezetékek), repedt vagy törött üveg a kézi egységen, stb. A belső alkatrészek veszélyes elektromos töltéseket tartalmaznak

NE HASZNÁLJA kád, zuhanytálca, mosdó vagy más, vizet tartalmazó tartály vagy eszköz közelében. Ha a SMOOTHSKIN BARE + vizes lesz, használata tilos. NE használja, ha a készüléket víz érte.

Soha ne próbálja meg felnyitni a SMOOTHSKIN BARE + készüléket, mert ezzel veszélyes elektromos alkatrészeknek és pulzáló fényenergiának teheti ki magát.

NE HASZNÁLJA, ha a kézi egység kellemetlenül meleg tapintású. Ez azt jelezheti, hogy a SMOOTHSKIN BARE + készülék megsérült.



1.3 SZEMVÉDELEM

A SMOOTHSKIN BARE + intenzív pulzáló fényt bocsát ki. A közvetlen expozíció potenciálisan káros a szemére. Ügyeljen az alábbi biztonsági óvintézkedések betartására.

A kézi egységet csak akkor lehet aktiválni (akkor villoghat), ha a bőrszín-érzékelő érvényes bőrrnyalat-beolvasást végzett, és teljesen érintkezik a kezelési területtel. **Azonban:**

NE nézzen közvetlenül a kézi egység kezelőablakába, ha a rendszer áram alatt van és be van kapcsolva.

NE KÍSÉRELJE MEG meg a rendszer szem irányába történő aktiválását (villantását).

CSAK AKKOR kísérelje meg a rendszer aktiválását (villantását), ha a kézi egység elülső része megfelelően érintkezik a kezelni kívánt területtel. Javasoljuk, hogy forduljon el a kézi egységtől, amikor a bőre felé villant.

NE kezelje a szem környékét (szemöldök vagy szempilla). A SMOOTHSKIN BARE + alkalmazható nők felső ajkának, állának, arcának, állkapcsának és nyakának kezelésére is. **NE** próbálja meg aktiválni (villantani) a SMOOTHSKIN BARE + a bőrön kívül bármilyen egyéb felületen.

Üvegszűrő



A SMOOTHSKIN BARE + egyszemélyes felhasználású készülék; nem nem-specifikus, ezért alkalmas férfiak általi használatra is. A SMOOTHSKIN BARE + nem ajánlott a férfiak szakállán történő alkalmazásra, mivel az eredmények tartósak lehetnek.

2.0 BEVEZETÉS

2.1 SMOOTHSKIN KÉSZÜLÉKE

Egy igazi szépség! A SMOOTHSKIN BARE + készülék hatékonyságát a professzionális IPL-technológiából származó intenzív pulzáló fény adja. Ez azt jelenti, hogy a szőreltávolítás tekintetében semmi sem közelíti meg.



3.0 HOGYAN MŰKÖDIK?

3.1 HOGYAN MŰKÖDIK AZ IPL?

A SMOOTHSKIN BARE + célja a szőrnövekedési ciklus megszakítása és az újbóli növekedés megakadályozása. A fényenergia átjut a bőr felületén, és a szőrszálakban lévő melaninban szívódik fel. Ez a fényenergia hőenergiává alakul (a bőr felszíne alatt), amely megakadályozza a bosszantó szőrszálak újbóli növekedését. Most már semmi akadályja annak, hogy a kezelt szőrszálak néhány nap vagy 1-2 hét alatt természetesen kihulljanak.

3.2 MIRE SZÁMÍTHAT?

Érdekes tény! A szőr 3 különböző és egymást követő szakaszban növekszik, és nem minden szőrszál van azonos fázisban egy adott időben. Mivel az IPL-kezelés csak egy adott szakaszban (ez az Anagen „növekedési fázis”, ha esetleg kérdezné) hatékony, ezért kell betartania a kezelési utasítást, amíg el nem éri a kívánt eredményt. Az ajánlott kezelési rendszer betartásával valószínűleg elkoztatja azokat a szőrszálakat, amelyeket a korábbi kezelése során esetleg kihagyta. Egyszerű tudomány!



A kezelési rendszer: Először is beszéljünk arról, ami NEM várható el a kezeléssel. Ahogy az MINDEN otthoni IPL- vagy lézerkezelés esetében igaz (ne higgye el senkinek, aki mást állít), egyetlen kezelés nem ad végleges eredményt. A szőrszálakat időnként kezelnie kell, hogy elkerülje a szőrnövekedést; de a SMOOTHSKIN BARE + esetében az a nagyszerű, hogy megakadályozza a szőr újbóli növekedését mindaddig, amíg rendszeresen ismétli a kezelést, így ha folyamatosan használja a rendszert, soha többé nem kell megtapasztalnia a borostás lábak vagy hónalj érzését. Hurrá!

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki a SMOOTHSKIN BARE + készülékéből, hetente kell használnia az egyes kezelési területeken, hogy minden szőrtüszőt megfelelően kezeljen.

A szokásos szőrnövekedési ciklus miatt az eszköz gyakoribb használata (testterületenként) nem jár további előnyökkel. A készülék gyakori használata bőrirritációt okozhat. Az első kezeléseket követő első hetekben néhány szőrszála még továbbra is növekedni fog. Ezek valószínűleg azok a szőrszálak, amelyeket nem a növekedési szakasz során kezelt (amikor az IPL a leghatékonyabb), ezért ügyeljen arra, hogy fenntartsa a kezeléseket! 4 héten belül látnia kell a szőr újranövekedésének csökkenését. Még mindig lesznek olyan szőrszálak, amelyeket kezelnie kell, mivel minden szőrszálát a megfelelő szakaszban kell kezelnie, de ne aggódjon, a javulás folyamatos lesz, szóval ne adja fel!

Mellékhatások: Nem kell attól tartania, hogy a kezelések jelentős mellékhatásokat okoznak. Ha észrevesz valami szokatlant, akkor a további információkért lapozzon az 5.2 szakaszhoz

Folyamatos simaság: 12 hét elteltével az összes szőr kezelése megtörtént, és csak 2-3 hetente kell megismételnie a kezelést. Azonban a kezelési idő egyénenként eltérő lehet (mivel mindannyiunk különböző a bőr- és szőrtípussal valamint életmóddal rendelkezünk... és a genetika is szerepet játszik!), így mostantól kezdve leginkább Önön múlik, hogy meghatározza, melyik a megfelelő kezelési rendszer az Ön számára.

A selymes simaság titka az, hogy fenntartsa és kitart a választott kezelési rendszere mellett. Rendszeres használat esetén egyre kevesebb szőrszála fog majd visszamúlni. Ezeknek a szőrszálaknak finomabb tapintásúak, világosabbak és lassabban növekednek. Az idő előrehaladtával teljesen elhagyhatja a borotválkozást. Látogasson el a SMOOTHSKIN webhelyre (www.smoothskin.com), ahol további tanácsokat és hasznos tippeket talál arra vonatkozóan, hogy miként lehet a lehető leghatékonyabban használni a SMOOTHSKIN BARE + készüléket.

4.0 HASZNÁLAT

4.1 ELSŐ LÉPÉSEK

1. A SMOOTHSKIN BARE + használata előtt készítse elő a kezelendő területet: borotválja le (minden kezelés előtt ügyeljen arra, hogy eltávolítsa az összes látható szőrszálát), tisztítsa és szárítsa meg a bőrfelületet. A bőr felszínén maradó szőrszálak károsíthatják a készülék elülső részét és káros mellékhatást okozhatnak. Ne feledje el, hogy a készülékkel ne használjon semmilyen gélt vagy krémet!
2. Kapcsolja be a készüléket. Csatlakoztassa a tápellátást a mellékelt kábel segítségével. A kézi egység elülső részén található bőrnyomat-érzékelő kék színnel világít, és a ventilátor elindul.

Hüha! Egyszerre csak egy lépés...

Mielőtt elkezdene az első kezelést az új testfelületeken, tesztelje le a bőrét (az adott területen), hogy hogyan reagál a SMOOTHSKIN BARE + -ra. Az allergiapróba területe körülbelül 3 cm x 2 cm (2 egymás melletti villanásnak megfelelő terület).

1. A kezelés szokásos megkezdéséhez kövesse az „Első lépések” szakasz utasításait.
2. Kezelje a területet.
3. Várjon 24 órát.
4. Ha 24 óra elteltével nincs reakció, akkor készen áll a folytatásra! Az allergiapróba területét legkevesebb 1 hétig TILOS ismételt kezelni.

4.2 JELLEMZŐK


Bőrrnyalat-érezkélő: A SMOOTHSKIN BARE + egyedülálló, kifinomult bőrrnyalat-érezkélővel rendelkezik. A kezelés során az érzékelő folyamatosan aktív, keresi az érvényes bőrrnyalatot. Ha a bőrrnyalat-érezkélő nem érzékeli az érvényes bőrrnyalatot vagy nincs teljes érintkezésben a bőrrel, akkor a kézi egységet nem lehet aktiválni. Győződjön meg arról, hogy a kézi egység felfekszik a bőrére, mivel csak akkor fogja felismerni a helyes bőrrnyalatot, ha a bőrnek van nyomja.



4.3 KEZELÉS

- Nyomja erősen a kézi egységet a kezelendő területhez. Az aktiválógomb körüli jelzőfények FEHÉREN világítanak, amikor az eszköz villogásra kész.
- Nyomja meg az aktiválógombot. A készülék villog, Ön pedig meleget fog érezni.
- Vigye a kézi egységet a következő kezelendő területre, és végezze el a kezelést ismét!

Győződjön meg arról, hogy a TELJES TERÜLET kezelést kap, és többször is haladjon át a makacs területeken (például hónalj, de háromnál többször ne használja a készüléket ugyanazon a területen).



Ügyeljen arra, hogy kezelés közben ne takarja le az eszköz szellőzőnyílásait, mivel ez a készülék túlmelegedéséhez vezethet. A SMOOTHSKIN BARE + egy rendkívül gyors és nagy teljesítményű készülék, amely lehetővé teszi, hogy 10 perc alatt kezelje a test teljes felületét.

Szellőzőnyílások



4.4 KEZELÉSI MÓDSZER - STAMP (KONCENTRÁLT) VAGY GLIDE (CSÚSZTATOTT) SZŐRTELENÍTÉS

Két ajánlott kezelési módszer létezik - a „Stamp” (koncentrált) vagy a „Glide” (csúsztatott). Bármelyik módszert választja, a kézi egységet mozgatni kell a villantások között, ezzel biztosítva a terület egyenletes kezelését, valamint azt, hogy egyetlen kisebb terület sem maradjon ki.

Stamp (koncentrált) módszer

A legideálisabb kezelés kis méretű területeken, például a hónaljban és az arcon. Helyezze a kézi egységet a bőrre, nyomja meg és engedje fel az aktiválógombot. Vegye el a bőrről, mielőtt óvatosan felviszi a következő kezelési területre.

A készüléknek újból fel kell töltenie a villantások között. Ez körülbelül fél másodpercig tart.

Glide (csúsztatott) módszer

Ez a legideálisabb módszer a nagy területekhez, például a lábakhoz. Helyezze a kézi egységet a bőrre, nyomja meg és tartsa lenyomva az aktiválógombot, majd csúsztassa végig a kézi egységet a bőrön a villantások között. Próbálja meg egyenletes sebességgel mozgatni a kézi egységet, amely így teljes lefedettséget biztosít, terület-átfedések vagy kihagyott területek nélkül.

4.5 KIKAPCSOLÁS

A kezelés befejezése után a SMOOTHSKIN BARE + készüléket ki kell húzni a hálózati csatlakozóból. Az SMOOTHSKIN BARE + karbantartásához lásd az 5.3 pontot.

5.0 UTÓKEZELÉS

5.1 LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

A SMOOTHSKIN BARE + egy nagy teljesítményű eszköz. Néhány felhasználó a használat során enyhe kellemetlenséget (pl. forróság vagy bőrpír) tapasztalhat - ez normális. Az ilyen típusú reakció általában 24 órán belül elmúlik. A mellékhatások vagy reakciók általában azonnal vagy 24 órán belül jelentkeznek. Ha aggódik, hagyja abba a SMOOTHSKIN BARE + használatát, és keresse fel a SMOOTHSKIN webhelyét a további segítséghez: www.smoothskin.com.

5.2 MELLÉKHATÁSOK TÁBLÁZATA

MELLÉKHATÁSOK	ÉRTÉKELÉS ÉS REAKCIÓ
Enyhe fájdalom / kellemetlenség a kezelt területen.	Ez várható és normális az összes IPL-kezelés esetében. Az utasításoknak megfelelően folytathatja a készülék használatát, a fájdalom pedig csökkenni fog a használat folytatásával.
Forró vagy bizsergő érzés a kezelés alatt, amely általában néhány másodperc vagy egy perc után elmúlik, és a kezelés ismétlése során csökken.	Ez várható és normális az összes IPL-kezelés esetében. A készülék használatát az utasításoknak megfelelően folytathatja.
Viszketés a kezelési területen.	Ez nagyon gyakori az IPL-kezelések esetében, és rövid idő elteltével enyhülniük kell. A készülék használatát az utasításoknak megfelelően folytathatja. Ne vakarja meg a területet!
Bőrpír a kezelés alatt vagy után, amely percekben belül megszűnik.	Ez várható és normális az összes IPL-kezelés esetében. Ha a bőrpír megszűnik, a készülék használatát az utasításoknak megfelelően folytathatja.
Bőrpír, amely nem tűnik el percek alatt, és 24-48 órán keresztül tart.	Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és mielőtt újra használni kezdené, forduljon az orvosához.
Fájdalom vagy kellemetlen érzés, amely intenzív a kezelés során vagy a kezelés után is fennáll.	Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és mielőtt újra használni kezdené, forduljon az orvosához.

RENDKÍVÜL RITKA ESETEKBE	ÉRTÉKELÉS ÉS REAKCIÓ
Duzzanat és bőrpír, amely két-három napon belül sem tűnik el.	Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és mielőtt újra használni kezdené, forduljon az orvosához. Kérjük, keresse fel a SMOOTHSKIN webhelyet a segítségért.
A bőr színének ideiglenes elváltozásai (világosabb vagy sötétebb).	Ha bőrszíne megváltozik, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon az orvosához. Kérjük, keresse fel a SMOOTHSKIN webhelyet a segítségért.
A bőr hólyagosodása vagy égése.	Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és mielőtt újra használni kezdené, forduljon az orvosához. Tegyen hideg borogatást a területre. Kezelje fertőtlenítő- vagy égési sérülésekhez készült krémmel. Kérjük, keresse fel a SMOOTHSKIN webhelyet a segítségért.

5.3 TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

1. A kezelés után mindig kapcsolja ki a SMOOTHSKIN BARE + készüléket a hálózati csatlakozóból történő kihúzással.
2. Használat után a kézi egységet meg kell vizsgálni, hogy nincs-e sérülés rajta, majd törölje le egy száraz, szőszmentes ruhával.

VIGYÁZAT: Az üvegszűrő használat közben felforrósodhat. NE érintse meg és ne tisztítsa a szűrőt legkevesebb 5 percig a használatot követően, ezzel a készüléknek van ideje lehűlni.

SOHA ne használjon vizet vagy más tisztítófolyadékot, mert ezek károsíthatják a készüléket, és biztonsági veszélyt okozhatnak.

A SMOOTHSKIN BARE + készülék maximális teljesítményének biztosítása érdekében különösen fontos, hogy a fényszóró és a bőrnyalat-érzékelő piszoktól, szőrtől és más szennyeződésektől mentes legyen. Szükség esetén a fényszórót és a bőrszín-érzékelőt óvatosan megtisztíthatja egy enyhén nedves vattapálcával.

3. Tárolja a SMOOTHSKIN BARE + készüléket hűvös, száraz helyen. Ellenőrizze, hogy a kezelőablak és a kézi egység bőrnyalat-érzékelője megfelelően védett a sérülésekkel szemben.
4. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket (a zsinórokat is), hogy vannak-e rajta látható sérülések. Sérülés vagy repedés esetén hagyja abba az eszköz használatát, és keresse fel a weboldalt a további segítségért.



5.4 HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A kézi egységen lévő aktiválógomb lámpája nem világít, ha a bőrre helyezi.	Ellenőrizze, hogy a tápellátás be van-e dugva. Győződjön meg arról, hogy a bőrnyalat-érzékelő teljesen felfekszik a bőrre. A bőre túl sötét lehet a kezeléshez. Ellenőrizze a felhasználói útmutató elején található bőrnyalat-diagramot.
A kézi egység aktiválógombja fehéren világít, amikor a bőrre helyezi, de a kézi egység nem villog, amikor megnyomja az aktiválógombot.	A készülék hibás lehet. Húzza ki a készüléket és indítsa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a weboldalt a további segítségért.
A kézi egység aktiválógombjának lámpája folyamatosan pirosan világít, és a készülék nem működik.	Ez azt jelzi, hogy hibás a készülék. Hagyja abba a készülék használatát, és keresse fel a webhelyet a további segítségért.
A SMOOTHSKIN kézi egység, kezelőablak, tápellátás vagy kábel sérült, törött, repedt vagy hibás.	NE HASZNÁLJA. Ha bármilyen kétsége merül fel a SMOOTHSKIN BARE + biztonságával kapcsolatban, vagy arra gyanakszik, hogy a készülék bármilyen módon megsérült, akkor tilos azt használnia, és látogasson el a weboldalra a további segítségért.

6.0 INFORMÁCIÓK

6.1. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

A SMOOTHSKIN BARE + egy szűrt, széles sávú, intenzív pulzáló fényű rendszer, amely a következő műszaki specifikációkkal rendelkezik:

- **Ismétlési arány:** kézi pulzálás 0,6 másodpercenként
- **Folyamatos üzemeltetés**
- **Maximális optikai teljesítmény:** 4J / cm²
- **Pulzálás hossza:** 1 ms fél-maximumi szélesség
- **Hullámhossz:** 510-1100 nm
- **Tápellátás-bemenet:** 100-240 V-, 50/60 Hz, 1,7-0,91 A
- **Működési hőmérséklet:** 5 °C és 40 °C között
- **Működési páratartalom:** Lefeljebb 93% relatív páratartalom nem kondenzáló
- **Működési nyomás:** 700-1060 hPa
- **Kezelési terület (foltméret):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)

Szállítási feltételek:

- **Hőmérséklet:** -25 °C és +70 °C között
- **Páratartalom:** akár 93% relatív páratartalom nem kondenzáló
- **Nyomás:** 500hPa és 1060hPa között

A SMOOTHSKIN BARE + korlátlan számú villantásra képes, és egyetlen felhasználó általi használatra készült.

A CE-jelölés tanúsítja, hogy ez a készülék megfelel a következő EGK-irányelveknek:

- **Alacsony feszültségre vonatkozó 2014/35/EU irányelv**
- **Elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelv**
- **Az energiával kapcsolatos termékbiztonsági 2009/125/EK irányelv**

6.2 ÁRTALMATLANÍTÁS (élettartam vége)

Az egészségre és a környezetre gyakorolt veszély minimalizálása és az anyagok újrahasznosíthatósága érdekében ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezéseknek létrehozott külön hulladékgyűjtőben kell ártalmatlanítani. A termékben megjelölt keresek hulladéktároló-szimbólum emlékeztetőül szolgálnak.

6.3 JÓTÁLLÁS

2 év jótállást vállalunk a termékre a vásárlás napjától kezdve. A jótállási időszakon belül ingyenesen ellenőrizzük az anyag- vagy gyártási hibákat, és saját döntésünk esetén kicseréljük a teljes készüléket is. Ez a jótállás minden országban érvényes, ahol ezt a készüléket a Cyden Ltd. vagy annak meghatalmazott forgalmazója biztosítja.

Ez a jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, normál kopásból vagy használatból származó károokra, valamint az olyan hibákra, amelyek elhanyagolható hatással vannak a készülék értékére vagy működésére. A jótállás érvényét veszti, ha a javításokat illetéktelen személyek végezték el, és ha a javítás során nem eredeti SMOOTHSKIN BARE +-alkatrészeket használtak. A jótállási idő belüli szervizelés igénybevételéhez kérjük, látogasson el weboldalunkra: www.smoothskin.com

	BF-típusú alkalmazott rész
	II. osztályú készülék
	Kövesse a használati útmutatót a használatához
	Az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hulladéklerakója
	Európai megfelelőségi jelölés
	Tartsa szárazon
	NRTL-tanúsítási jelölés
	Az FCC EMC-megfelelősége Észak-Amerikában
	Ausztráliai szabályozási megfelelőségi jel
	A vámunio EAC-megfelelőségi jelölése
	A löhere megfelelőségi jel Ukrajnában
	Kína veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvének környezetvédelmi használati időszaka
	Figyelem: az eszköz optikai sugárzása szemkárosodást okozhat

CyDen Limited
Office Block A
Bay Studios Business Park
Fabian Way
Swansea SA1 8QB
Wales UK

*A termék eltérhet az útmutatóban szereplő
illusztrációktól

CM12-1561-01

SMOOTHSKIN
bare⁺